



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 
	职称： 高级会计师
	工作单位： 南京市第一医院
项目信息	项目名称： 角膜内皮细胞计项目
	供应商名称：南京朗澳医疗器械科技有限公司
专业人员论证意见	<p>角膜内皮细胞计是角膜手术重要的检查设备，该设备进口产品较多。经国内唯一取得注册证的产品为天津量佳。该产品从产品的性能、设备稳定性上与国内产品几乎一致。且其采用红外对透模块，佳年相对稳定性、125帧/秒成像、时间快、瞬时完成检查。鉴于以上情况，建议采用单一来源方式采购该设备。</p>
专业人员签字	
	日期 2024 年 12 月 2 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 成国范
	职称: 主任药师
	工作单位: 南京医科大学
项目信息	项目名称: 角膜内皮细胞计项目
	供应商名称: 南京朗澳医疗器械科技有限公司
专业人员论证意见	<p>角膜内皮细胞计用于眼科开展角膜的手术,了解角膜内皮细胞的状态,做好手术前的评估,提高手术的安全性,是眼科开展角膜手术必不可少的重要设备,该设备国产品牌只有一家,而进口品牌较多,国产角膜内皮细胞计从性能和稳定性上都与进口品牌相类似,性价比更有优势,国产厂家有较强的研发和生产实力在国内完成,更加符合国内医院的需求,更能为临床医师提供优质的服务,国产品牌目前仅有上海某公司,鉴于以上情况,建议采用单一来源方式采购该设备。</p>
专业人员签字	成国范 日期 2024年12月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邱勃	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏省中医院	
项目信息	项目名称: 角膜内皮细胞计项目	
	供应商名称: 南京朗澳医疗器械科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该设备拟采购一台角膜内皮细胞计, 预算20万有奇。目前市场上主流的进口品牌日本尼德吉、拓普康、美敦价格均超预算。经市场调研, 综合对比该设备的技术要求, ①采用高精度红外对焦模块, ②具备125帧高速成像系统, 可自动筛选最佳图像, ③检查时间控制在5秒内(利用拍照技术), ④具备≥10.4英寸高分辨率触摸模式液晶屏。目前市场上仅有天津密尔克品牌角膜内皮细胞计能满足医院需求。鉴于以上原因, 建议采用单一来源方式采购该设备。</p>	
专业人员签字	邱勃	日期 2024年12月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。