

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘俊
	职称:	高级工程师
	工作单位:	江苏省第二中医院
项目信息	项目名称:	南京市第一医院持续心排量监测系统
	供应商名称:	南京浩宇科学仪器有限公司
专业人员论证意见	该产品是心脏监测设备,在临床具有不可替代的作用,目前市场符合临床需求的产品单一。 建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	刘俊	日期 2025年4月16日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴敏	
	职称: 高工	
	工作单位: 南京市第一医院	
项目信息	项目名称: 南京市第一医院持续心排量监测系统	
	供应商名称: 南京浩宇科学仪器有限公司	
专业人员论证意见	该产品对评价患者具有重要意义, 特别是具有独特8种动态模拟拟图和心脏做功参数. 因此此功能仅有该唯一产品可实现. 建议采用单一来源采购	
专业人员签字	吴敏	日期 2025年4月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨俊
	职称:	高级工程师
	工作单位:	南医大二附院
项目信息	项目名称:	南京市第一医院持续心排量监测系统
	供应商名称:	南京浩宇科学仪器有限公司
专业人员论证意见	该进口产品具有动态电液控制回路显子界面。在心排量做功参数上较全面。特别是有定量性参数对患者的意义深远意义重大。国产产品尚不能符合临床治疗需求。 因此采购进口单一来源产品。	
专业人员签字	杨俊	日期 2016年4月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。